

# Certifikát

## Základné rovnobežné mierky Somet CVI-618384 (92 ks)

nominálny rozmer L [mm]	systematická chyba δ [μm]	nominálny rozmer L [mm]	systematická chyba δ [μm]
0,5	-0,13	1,35	+0,23
1	+0,01	1,36	-0,07
1,0005	+0,58	1,37	+0,01
1,001	-0,28	1,38	+0,04
1,002	-0,08	1,39	-0,08
1,003	-0,25	1,4	-0,20
1,004	-0,04	1,41	+0,17
1,005	-0,13	1,42	+0,12
1,006	-0,04	1,43	-0,04
1,007	-0,05	1,44	+0,02
1,008	-0,02	1,45	-0,15
1,009	-0,06	1,46	+0,10
1,01	-0,01	1,47	+0,04
1,02	-0,29	1,48	-0,10
1,03	-0,26	1,49	-0,17
1,04	-0,05	1,5	-0,20
1,05	+0,05	1,6	-0,22
1,06	+0,01	1,70	-0,02
1,07	-0,10	1,8	+0,07
1,08	-0,15	1,9	+0,06
1,09	-0,09	2	+0,08
1,1	-0,09	2,5	-0,11
1,11	-0,25	3	-0,13
1,12	-0,08	3,5	-0,22
1,13	-0,03	4	-0,17
1,14	+0,02	4,5	-0,17
1,15	-0,18	5	-0,11
1,16	-0,14	5,5	-0,04
1,17	-0,01	6	-0,03
1,18	-0,20	6,5	+0,05
1,19	-0,12	7	-0,14
1,2	+0,07	7,5	+0,01
1,21	+0,01	8	-0,07
1,22	+0,07	8,5	-0,12
1,23	-0,05	9	-0,01
1,24	0,00	9,5	-0,25
1,25	+0,02	10	-0,01
1,26	-0,20	20	+0,25
1,27	-0,23	30	-2,21
1,28	-0,16	40	+0,27
1,29	+0,05	50	+1,64
1,3	-0,03	60	+0,73
1,31	+0,01	70	+0,62
1,32	+0,01	80	+1,58
1,33	+0,01	90	+0,57
1,34	-0,08	100	+2,37
—	—	—	—

**Maximálna dovolená chyba mierok pre koeficient spoľahlivosti 0,95**

$$Z_{\max} = \pm(5 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-4} \cdot L) [\mu\text{m}]$$

L - nominálna dĺžka mierky v mm